

服務項目	工業用除濕機測試
使用儀器	溫濕控制及測試系統
檢測方法	CNS 12492 第5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7節 ANSI/AHAM DH-1 第7章, 第8.1, 8.2節
<b>服務範圍(內容)</b>	電功率:1 $\phi$ , 50 Hz/60 Hz, (100 to 260) V, 1 kW max. 環境控制溫度條件:(0 to 60) $\pm$ 0.2 $^{\circ}$ C 除濕能力試驗: 60 L/day max. 消耗電力試驗: 1 kW max. 過負載試驗 低溫試驗 除濕水試驗