

服務項目	材料熱傳導係數檢測
使用儀器	HC-074-200
檢測方法	JIS A 1412
服務範圍(內容)	保溫材料熱傳導係數檢測 溫度：-20~75度 厚度：5~50mm 熱傳導：0.005~0.8W/mK